



Le tensioni sono state rilevate con un voltmetro elettronico in assenza di segnali in ingresso e con la traccia centrata sia verticalmente che orizzontalmente  
 Questi transistor FET in caso di guasto devono essere richiesti direttamente alla UNAOHM START  
 Le RC da 470 2.2K e 3.9K devono essere precise fra loro del 2%

OSCILLOSCOPE G 470 B